

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 16/SMRS/22**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: dostawa sprzętu medycznego

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 7

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne – system do fototerapii światłem LED opisany w poniższej tabeli?

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE
1	System do fototerapii światłem LED przeznaczony do leczenia hiperbilirubinemii u noworodków. Lampę można wykorzystywać do leczenia noworodków w inkubatorze, otwartym łóżeczku lub ogrzewaczu	
2	Długość fali : światło niebieskie o wartości szczytowej od 455 do 465 nm	
3	Powierzchnia efektywnego naświetlania 50x30 cm przy odległości od źródła światła równej 35 cm	
4	Możliwość naświetlania dużej powierzchni ciała dziecka	
5	Łatwe przełączanie z niskiego natężenia na wysokie	
6	Do wyboru 2 natężenia promieniowania: – niskie 22 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ – wysokie 45 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$	
7	Współczynnik jednorodności > 0,4	
8	Żywotność diod LED > 50 000 h	
9	Jednorodna dystrybucja oświetlenia	
10	Minimalizacja rozpraszania światła poza łóżko w celu ograniczenia ekspozycji na światło lampy	
11	Łatwa regulacja pozycji lampy pionowo	

12	Regulowana wysokość do 47 cm	
13	Możliwość umieszczenia głowicy lampy bezpośrednio na inkubatorze	
14	Łatwe pochylanie zespołu lampy umożliwiające jednoczesne stosowanie wraz z ciepłarką promiennikową	
15	Maksymalny pobór mocy 20 W	
16	Maksymalny poziom hałasu 22,4 dB	
17	Wymiary lampy 530 mm x 550 mm x 1700 mm (przy maksymalnej wysokości)	
18	Waga lampy 2 kg	
19	Lampa wyposażona w uchwyty w formie wgłębień umożliwiające stosowanie lampy bez statywu	
20	Statyw na kółkach	
21	Wysokość panelu od podłogi regulowana od 1,13 m do 1,6 m	
22	Podstawa statywu z czterema kółkami wyposażonymi w hamulec	

WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

Lp.	Warunki gwarancji i serwisu	Warunki gwarancji i serwisu wymagane	Warunki gwarancji i serwisu oferowane
1	Gwarancja przez okres minimum 36 miesięcy	TAK, podać	
2	Przeglądy gwarancyjne, techniczne zgodnie z dokumentacją producenta, wykonywane w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Dodatkowo przegląd techniczny w ostatnim miesiącu trwania gwarancji	TAK	
3	Autoryzowany serwis gwarancyjny	TAK	
4	Czas reakcji na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max 72 godz. (w dni robocze)	TAK	
5	Czas naprawy od chwili zgłoszenia max 5 dni roboczych a w przypadku sprowadzenia części za granicę do 10 dni roboczych od czasu zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia telefonicznie, mailem lub faksem w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego nie obowiązują powyższe zapisy.	TAK	
6	W przypadku, gdy okres niesprawności przedmiotu zamówienia przekracza 5 dni roboczych niezależnie od okoliczności jej powstania w trakcie trwania gwarancji Wykonawca dostarczy równoważny lub lepszy przedmiot zamówienia zastępczy.	TAK	

7	W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub dokonanie wpisu do Paszportu technicznego. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia karty serwisu pracy w wersji elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna nie zwalnia Wykonawcy od dokonania wpisu do Paszportu technicznego	TAK	
8	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy przedmiotu zamówienia min. 8 lat	TAK	
9	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, użytkowania i prawidłowej eksploatacji.	TAK	
10	Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty w języku polskim: 1) kartę gwarancyjną, 2) instrukcję użytkowania w języku polskim, w formie papierowej lub w wersji elektronicznej na płycie CD 3) wykaz autoryzowanych punktów serwisujących przedmiot zamówienia 4) paszport techniczny przedmiotu zamówienia 5) lista czynności konserwacyjnych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie 6) wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych do danego przedmiotu zamówienia 7) inne dokumenty, przekazywane przez producenta przedmiotu zamówienia dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich	TAK	

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. systemu do fototerapii.

dokument zatwierdzony przez:
Kierownika Zamawiającego
dr Katarzynę Adamek – Prezesa Zarządu

Rozdzielnik:

1. <https://bip2.szpitalruda.pl/16-smrs-22>
2. a/a