

Ruda Śląska, dnia 13.03.2026 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA NR 1/ZPU/D/26

dotyczy postępowania pn.: Dostawa rękawic chirurgicznych

Na podstawie pkt 3 rozdziału XII treści Zaprośzenia do składania ofert, Zamawiający – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Zaprośzenia do złożenia ofert, przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści Zaprośzenia do złożenia ofert. **Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z pkt 4 rozdziału XII z dnia 17.03.2026 r. godz. 12:00 na dzień 20.03.2026 r. godz. 12:00.**

Pytanie nr 1 – dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie nr 2 – Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy produkt pod warunkiem, że zewnętrzna warstwa rękawic będzie teksturowana i polimeryzowana (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, pozostałymi parametrami oraz wyjaśnieniami).

Pytanie nr 3 – Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,20mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,02, na mankiecie 0,16mm+/-0,02?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy produkt z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 4 – Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższych rękawic.

Pytanie nr 5- Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 480mm+/-10?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższych rękawic.

Pytanie nr 6- Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice z AQL 1,5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższych rękawic.

Pytanie nr 7- Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,33-0,40mm, na dłoni 0,27-0,35mm, na mankiecie 0,20-0,22mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Pytanie nr 8- Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, warstwa antypoślizgowa, obustronnie polimerowane, pokryte od wewnątrz warstwą ułatwiającego zakładanie na mokre dłonie, kolor brązowy, kształt anatomiczny zmniejszający zmęczenie rąk. Zręczność umożliwiająca chwycić pręt o minimalnej średnicy 5,0mm – potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej. Zakończone rolowanym mankietem zintegrowanym z opaską adhezyjną o właściwościach przylepnych. Grubość ścianki na palcu $0,33\pm 0,01$ mm, na dłoni $0,27\pm 0,02$ mm, na mankiecie $0,22\pm 0,01$ mm, mediana długości min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej $25\mu\text{g/g}$, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, ISO 16604 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 5 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na działanie cementu kostnego powyżej 40minut. Odporne na działanie leków cytostatycznych, min.10 substancji powyżej 4h, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. rękawic.

Pytanie nr 9- Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, ze wzmocnionym prążkowanym podłużnie mankietem z rolowanym brzegiem, wewnątrz warstwa hydrożelowa pokryta CPC o działaniu przeciwdrobnoustrojowym oraz ułatwiająca zakładanie na dłonie mokre i suche. Grubość ścianki na palcu 0,34, na dłoni 0,24mm, na mankiecie 0,21mm, długość min 282mm, poziom protein lateksowych poniżej $50\mu\text{g/g}$, potwierdzone raportem z badania EN 455-3 oraz ASTM D5712, siła zrywu przed starzeniem min.32N. AQL 0,65 Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ISO 16604 oraz EN ISO 374-5. Zgodnie z ASTM F739 odporne na przenikanie jodopowidionu 10% powyżej 480 min, chlorheksydyny 4% powyżej 480 min, formaldehydu i formaliny 10% powyżej 480 min oraz zgodnie EN ISO 374-5 na kwas octowy 99% powyżej lub równe 10min. Odporne na przenikanie minimum 11 cytostatyków powyżej 240min zgodnie z ASTM D6978. Odporne na przenikanie cementu kostnego powyżej 30min Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Dostępne w rozmiarach 6.0-9.0?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. rękawic.

Pytanie nr 10 –Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rękawiczkę:

Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bez pudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0–9.0. Powierzchnia zewnętrzna gładka z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 280 mm o typowej grubości na palcu: $0,22 \pm 0,03$ mm, na dłoni $0,18 \pm 0,03$ mm, mankiecie: $0,15 \pm 0,02$ mm. Minimalna siła zrywu: przed starzeniem 16N oraz po starzeniu 14 N. Poziom protein lateksu poniżej 10 µg/g. Poziom AQL 0.65. Opakowanie jednostkowe oznakowane datą produkcji, datą ważności numerem serii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższych rękawic, zewnętrzna warstwa rękawic musi być teksturowana i polimeryzowana (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, pozostałymi parametrami oraz wyjaśnieniami).

Pytanie nr 11 – Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rękawiczkę o wydłużeniu przed starzeniem 860%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy produkt z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12 –Pakiet 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji chirurgicznych o sile zrywu przed starzeniem min.13N oraz po starzeniu min.11N. Pozostałe zgodne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy produkt z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 13 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: „Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450,00 zł netto”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie nr 14 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie nr 15 – dotyczy wzoru umowy

W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie („Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy”), prosimy o deklaracje Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmian w Zaproszeniu do złożenia oferty:

1) w rozdziale XI – Opis sposobu przygotowania i składania ofert poprzez zmianę pkt 2:

Było: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć/przesłać **do dnia 17 marca 2026 r. do godziny 12:00** w formie papierowej lub elektronicznej na adres: zampub@szpitalruda.pl, przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać skan podpisanych dokumentów przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zmienia na: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć/przesłać **do dnia 20 marca 2026 r. do godziny 12:00** w formie papierowej lub elektronicznej na adres: zampub@szpitalruda.pl, przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać skan podpisanych dokumentów przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

dokument zatwierdzony przez:
Kierownika Zamawiającego
mgr Ewę Krych – Prezesa Zarządu

Rozdzielnik:

1. <https://bip2.szpitalruda.pl/1-zpu-d-26>
2. a/a