

Ruda Śląska, dnia 13.10.2026 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA NR 2/ZPU/D/26

dotyczy postępowania na dostawę pasków do badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą dwóch czytników pasków

Na podstawie pkt 3 rozdziału X treści Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Zaproszenia do złożenia oferty, przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści Zaproszenia do złożenia oferty.

Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z pkt 4 rozdziału X treści Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 15 października 2026 r. do godz. 10:00 na dzień 20 października 2026 r. do godziny 10:00.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatycznego czytnika parametrów fizykochemicznych moczu o wydajności 500 ozn./ godz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatycznego czytnika parametrów fizykochemicznych moczu o wydajności 400 ozn./ godz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatycznego czytnika parametrów fizykochemicznych moczu z możliwością detekcji barwy i klarowności moczu za pomocą czytnika kodów kreskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatycznego czytnika parametrów fizykochemicznych moczu z możliwością wyboru barwy i klarowności moczu z menu aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatycznego czytnika parametrów fizykochemicznych moczu z możliwością wyboru 9 barw moczu z menu aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytników z autokalibracją?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatycznego czytnika parametrów fizykochemicznych moczu z otwartym pojemnikiem na zużyte paski?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie moczu kontrolnego syntetycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie moczu kontrolnego konfekcjonowanego w probówce?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10 – dotyczy ust. 10 rozdziału III zaproszenia do złożenia oferty

Zamawiający wydłuży termin instalacji analizatora do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy? Prośba wynika z długich terminów realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz we wzorze umowy:

1) w rozdziale III – Przedmiot zamówienia poprzez zmianę pkt 10

Było:

Dostawa i instalacja czytników pasków do moczu nastąpi w terminie do 21 dni od daty obowiązywania umowy do wskazanego pomieszczenia w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Urządzenia zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Koszty dostawy i instalacji poniesie Wykonawca. Wykonawca przekaze Zamawiającemu bezpłatnie dwa opakowania pasków do badania ogólnego moczu jako pakiet rozruchowy.

Zmienia na:

Dostawa i instalacja czytników pasków do moczu nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy do wskazanego pomieszczenia w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Urządzenia zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Koszty dostawy i instalacji poniesie Wykonawca. Wykonawca przekaze Zamawiającemu bezpłatnie dwa opakowania pasków do badania ogólnego moczu jako pakiet rozruchowy.

2) Wzór umowy poprzez zmianę § 5 ust. 1

Było:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenia maksymalnie w terminie do 21 dni od daty obowiązywania niniejszej umowy do wskazanego pomieszczenia w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Urządzenia zostaną przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

Zmienia na:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenia maksymalnie w terminie do 21 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy do wskazanego pomieszczenia w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Urządzenia zostaną przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

W załączeniu prawidłowy załącznik nr 4 do Zaproszenia.

Pytanie nr 11 – dotyczy ust. 11 rozdziału III zaproszenia do złożenia oferty

Zamawiający wydłuży termin przeszkolenia personelu do 14 dni od daty instalacji analizatora?

W obecnym brzmieniu wymogu Wykonawca nie może zrealizować szkolenia, ponieważ nie będzie jeszcze zainstalowany analizator, z którego obsługi będzie szkolenie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz we wzorze umowy:

1) w rozdziale III – Przedmiot zamówienia poprzez zmianę pkt 11

Było:

Wykonawca na swój koszt zapewni przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń w placówce Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia obowiązywania umowy. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez osobę szkolącą i osoby przeszkolone.

Zmienia na:

Wykonawca na swój koszt zapewni przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń w placówce Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty instalacji analizatora. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez osobę szkolącą i osoby przeszkolone.

2) Wzór umowy poprzez zmianę § 5 ust. 7

Było:

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla Zamawiającego w zakresie obsługi, użytkowania i prawidłowej eksploatacji urządzeń.

Zmienia na:

Wykonawca na swój koszt zapewni przeszkolenie personelu w zakresie obsługi, użytkowania i prawidłowej eksploatacji urządzeń w placówce Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty instalacji analizatora. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez osobę szkolącą i osoby przeszkolone.

W załączeniu prawidłowy załącznik nr 4 do Zaproszenia.

Pytanie nr 12 – dotyczy Załącznika nr 2 – Parametry techniczne

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści czytniki o wydajności 720 pasków na godzinę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 13 – dotyczy Załącznika nr 2 – Parametry techniczne

Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści paski 11 – parametrowe z kwasem askorbinowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Zamawiający dokonuje zmiany w Zaproszeniu do złożenia oferty:

1) w Zaproszeniu poprzez zmianę w rozdziale IX pkt 2

Jest:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć/przesłać **do dnia 15 października 2026 r. do godziny 10:00** w formie papierowej lub elektronicznej na adres: zampub@szpitalruda.pl, przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać skan podpisanych dokumentów przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający zmienia na:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć/przesłać **do dnia 20 października 2026 r. do godziny 10:00** w formie papierowej lub elektronicznej na adres: zampub@szpitalruda.pl, przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać skan podpisanych dokumentów przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

dokument zatwierdzony przez:
Kierownika Zamawiającego
mgr Ewę Krych – Prezesa Zarządu