

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
NR 8/SMRS/22**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: dostawę środków ochrony osobistej

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kombinezonu:

Kombinezon ochronny wykonany z laminatu włókniny Spunbond PP + film mikroporowaty (dyfuzyjny) PP/PE – paroprzepuszczalny (oddychający), co gwarantuje jego użytkownikom bardzo wysoki komfort pracy, a jednocześnie zapewnia wystarczający poziom bariery dla aerozoli i czynników zakaźnych. Skład materiału: polipropylen, polietylen włóknina, film mikroporowaty PP – 52,72 g/m<sup>2</sup>, PE – 0,28 g/m<sup>2</sup>. Kaptur w kolorze białym. W kapturze, rękawach oraz w nogawkach wszyta elastyczna nieuciskająca guma ściągająca. Zamek błyskawiczny (jednokierunkowy) zabezpieczony listwą kryjącą oraz taśmą klejącą. W talii wszyta gumka.

Kombinezon posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem EU 2017/425 oraz środek ochrony indywidualnej klasy III zgodnie z rozporządzeniem EU 2016/425 (stawka podatku VAT 8%), posiada certyfikat badania typu UE wydany przez CIOP-PIB; zgodny z normą EN 14126:2005 – typ 4, 6B. Odporność na przenikanie rozpylonej cieczy (spray test) - PB TYP 4 zgodnie z PN-EN 14605+A1:2010 p.4.3.4.2. Odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych - KLASA 3 zgodnie z ISO 22612: 2005. Odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - KLASA 4 – zgodnie z ISO 16604:2004. Odporność na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze - KLASA 6 zgodnie z ISO 22610:2006. Odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - KLASA 3 zgodnie z ISO/DIS 22611:2003. Odporność na rozdzieranie - KLASA 1 zgodnie z ISO 9073-4:2002. Oferowane rozmiary: M, L, XL, XXL. Kombinezon pakowany a'1 sztuka. Kombinezon wyprodukowany w Polsce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. kombinezon.

### **Pytanie 2 - dotyczy pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwiu?

Jednorazowe, wysokie ochraniacze na obuwiu wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film mikroporowatego PP/PE o gramaturze 53 g/m<sup>2</sup> – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Cechy produktu:

- na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca
- dodatkowe wiązania powyżej kostki
- taśmy antypoślizgowe w podeszwie
- rozmiar uniwersalny: wysokość 50cm, długość stopy 40cm
- kolor biały
- opakowanie foliowe zawierające 20 szt.

Ochraniacze wyprodukowane w Polsce.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. ochraniacze na obuwiu.

### **Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie masek ochronnych medycznych bez zaworu, zapewniających oczekiwany poziom ochrony FFP2 i FFP3 ale wykonanych w innej technologii niż opisana co z drugiej strony zapewnia dostawę produktu nie będącego kopią opisanej technologii i nie naruszającego jej ewentualnych praw patentowych.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza ww. masek ochronnych.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisem SWZ rozdział IV pkt 1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na wszystkie części – pakiety). Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety).

dokument zatwierdzony przez:  
Głównego Księgowego  
p.o. Dyrektora ds. Finansowych  
Tomasza Bartosza

Rozdzielnik:

1. <https://bip2.szpitalruda.pl/8-smrs-22>
2. a/a