

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 1/PN/22**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę obłożenia operacyjnych

Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 1 pozycja 1** jednej serwety bez przylepca o wymiarze 100x120cm zamiast 90x130cm (+/-5cm). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę bez przylepca o wymiarze 100x120cm.

Pytanie 2

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 1 pozycja 1** sześciu sztuk ręcznika chłonnego o wymiarze 30x30cm zamiast 20x25cm (+/-3cm). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sześć sztuk ręcznika chłonnego o wymiarze 30x30cm.

Pytanie 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 1 pozycja 1** dwóch podkładow antypoślizgowych wysokochłonnych wypełnionych pulpą celulozową w rozmiarze 60x90cm zamiast jednego w rozmiarze 60x90cm, a drugiego 60x60cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dwa podkłady antypoślizgowe wysokochłonne wypełnione pulpą celulozową w rozmiarze 60x90cm.

Pytanie 4

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 9 pozycja 1** jednej serwety dolnej z taśmą lepną w rozmiarze 180x200cm zamiast 175-180x170-180cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jedną serwetę dolną z taśmą lepną w rozmiarze 180x200cm.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu o poniższym składzie (różnice zaznaczone inną czcionką):

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm

6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny typu spunlace o podwyższonej chłonności i gramaturze 45g/m²

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, z włókniny typu spunlace o gramaturze 80g/m²

1 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm

1 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do porodu.

Pytanie 6 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę z otworem przylepnym.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z owinięciem z włókniny zamiast z papieru krepowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch z owinięciem z włókniny.

Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50 x 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 50 x 70 cm.

Pytanie 9 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaręczawkę chirurgiczną o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaręczawkę chirurgiczną o gramaturze 45g/m².

Pytanie 10 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu otolaryngologicznego z kanką Y „11”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw otolaryngologiczny z kanką Y „11”.

Pytanie 11 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu otolaryngologicznego z kleszczykami plastikowymi min. 23 cm, z możliwością zablokowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw otolaryngologiczny z kleszczykami plastikowymi min. 23 cm, z możliwością zablokowania.

Pytanie 12 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu otolaryngologicznego ze składem i rozmiarami poszczególnych elementów znajdującymi się na etykiecie przylepnej umieszczonej wewnątrz zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. zestaw otolaryngologiczny.

Pytanie 13 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do operacji ginekologicznych z serwetą główną zintegrowaną z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. zestaw serwet do operacji ginekologicznych.

Pytanie 14 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych o poniższych różnicach w wymiarach, spełniającego pozostałe wymagania:

- ręczniki chłonne o wymiarach 30 x 30 cm (zamiast 30,4 cm x 34 cm)
- serweta na stolik Mayo ze wzmocnieniem 60 x 145 cm (zamiast 60 x 85 cm)
- serweta na stolik instrumentalny ze wzmocnieniem 65 x 190 cm (zamiast 75 x 190 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. serwet uniwersalnych.

Pytanie 15 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych wzmocniony ze sterylnymi uchwytami do lamp operacyjnych dołączonymi osobno do zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony ze sterylnymi uchwytami do lamp operacyjnych dołączonymi osobno do zestawu.

Pytanie 16 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów zapakowanych w opakowania typu rękaw papierowo-foliowy, zamiast w opakowanie papierowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestawy zapakowane w opakowania typu rękaw papierowo-foliowy, pod warunkiem, że prześcieradło służy jako serweta jałowa na stolik zabiegowy po rozłożeniu zestawu.

Pytanie 17 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 68g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fartucha o gramaturze 68g/m².

Pytanie 18 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z zapięciem typu rzep w okolicy karku o wymiarach: lewy rzep: 3 x 13 cm, prawy rzep: 3 x 7 cm, wiązany w pasie na troki. Na opakowaniu jednostkowym 4 etykiety samoprzylepne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. fartuch.

Pytanie 19 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm z taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm w komplecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. osłony na kończynę.

Pytanie 20 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów laryngologicznych z fartuchem chirurgicznym bez owinięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawów laryngologicznych z fartuchem chirurgicznym bez owinięcia.

Pytanie 21 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów laryngologicznych z serwetą na stolik narzędziowy min. 150 x 190 cm, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestawy laryngologiczne z serwetą na stolik narzędziowy min. 150 x 190 cm.

Pytanie 22 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów laryngologicznych z serwetą na stolik Mayo min. 80 x 140 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestawy laryngologiczne z serwetą na stolik Mayo min. 80 x 140 cm.

Pytanie 23 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów laryngologicznych z kleszczykami plastikowymi niebieskimi min. 23 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestawy laryngologiczne z kleszczykami plastikowymi niebieskimi min. 23 cm.

Pytanie 24 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów laryngologicznych z taśmą typu rzep 2 x 22 cm (pozycja f) zestawów)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestawy laryngologiczne z taśmą typu rzep 2 x 22 cm (pozycja f) zestawów).

Pytanie 25 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów laryngologicznych z ręcznikami min. 30 x 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestawy laryngologiczne z ręcznikami min. 30 x 30 cm.

Pytanie 26 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu laryngologicznego z serwetą zabiegową min. 175 x 250 cm z decentralnym przylepnym otworem o śr. 10 cm, wykonaną z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze min. 50g/m², wzmocniona wokół otworu, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 130g/m², odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 145 kPa, współczynnik pylenia max. 1,9Log 10?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu laryngologicznego.

Pytanie 27 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu laryngologicznego z serwetą zabiegową min. 196 x 250 cm z decentralnym przylepnym otworem o śr. 10 cm, wykonaną z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze min. 50g/m², wzmocnienie wokół otworu min. 50 x 50 cm, odporność na penetrację płynów min. 110 cm H₂O, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 130g/m², odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 145 kPa, współczynnik pylenia max. 1,9Log 10?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu laryngologicznego.

Pytanie 28 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów laryngologicznych z etykietą rozm. kartki A4 przylepną z min. 2 samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji medycznej, na etykiecie umieszczone niebieskie oznaczenie kolorystyczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. zestaw laryngologiczny.

Pytanie 29 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów laryngologicznych z etykietą rozm. kartki A4 przylepną z min. 2 samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji medycznej, na etykiecie umieszczone pomarańczowe oznaczenie kolorystyczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. zestaw laryngologiczny.

Pytanie 30 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów laryngologicznych pakowanych zbiorczo w worek foliowy, następnie karton zaklejany taśmą klejącą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. zestaw laryngologiczny.

Pytanie 31 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów laryngologicznych ze składem i rozmiarami poszczególnych elementów znajdującymi się na etykiecie przylepnej umieszczonej wewnątrz zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. zestaw laryngologiczny.

Pytanie 32 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3, 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy środowiskowej ISO 14001.

Zgodnie z definicją normy: „Niniejsza Norma Międzynarodowa ułatwia organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego, które stanowią wartość dla środowiska, samej organizacji i jej stron zainteresowanych.

Zgodnie z polityką środowiskową organizacji zamierzone wyniki systemu zarządzania środowiskowego

obejmują:

- poprawę środowiskowych efektów działalności;
- wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności;
- osiągnięcie celów środowiskowych” (źródło: www.pkn.pl).

Jest to zatem certyfikat odnoszący się wyłącznie do właściwości wykonawcy, a dysponowanie przez wykonawcę tym certyfikatem w żaden sposób nie przekłada się na jakość oferowanych produktów. Spełnianie ww. normy jest bowiem zupełnie bez znaczenia dla obiektywnej możliwości zrealizowania zamówienia i dostarczenia produktów wysokiej jakości. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane parametry oraz normy które powinny spełniać dostarczane produkty oraz wskazał dokumenty którymi jakość produktów będzie potwierdzana. W przedmiotowym przypadku żądanie potwierdzenia spełnienia normy ISO 14001 jest całkowicie zbędne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu normy środowiskowej ISO 14001.

Pytanie 33 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z serwetą zabiegową do cesarskiego cięcia min. 180/240 x 210 cm, wykonana w całości z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o gramaturze min. 56g/m², zintegrowana z osłonami na kończyny, serweta posiada otwór w kształcie trapezu o wymiarach 23,5 x 23,5 x 22,5 x 33 cm wypełniony folią chirurgiczną, serweta zintegrowana również z trójkątną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem i portem do odsysania treści w dolnej części worka, wymiary worka min. 56 x 80 cm, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 197 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego.

Pytanie 34 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z serwetą poz. 2 zestawu min. 90 x 150 cm, reszta parametrów zgodnie ze specyfikacją?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego z serwetą poz. 2 zestawu min. 90 x 150 cm.

Pytanie 35 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z osłoną na stolik Mayo min. 80 x 140 cm, z warstwą chłonną o wymiarze min. 60 x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m², warstwa chłonna pow. 27g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 108/95 kPa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego.

Pytanie 36 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z osłoną na stół narzędziowy min. 150 x 190 cm, będąca owinięciem zestawu, wykonana z laminatu PP + PE, wzmocniona na powierzchni 65 x 190 cm, gramatura laminatu min. 63g/m², odporność na przenikanie cieczy powyżej 100 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego.

Pytanie 37 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z ręcznikami chłonnymi min. 30 x 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego z ręcznikami chłonnymi min. 30 x 30 cm.

Pytanie 38 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z owinięciem dla noworodka min. 56 x 80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego z owinięciem dla noworodka min. 56 x 80 cm.

Pytanie 39 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z miskami z polipropylenu min. 250 ml w kolorze niebieskim lub jedną w kolorze niebieskim, a drugą transparentną bezbarwną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego z miskami z polipropylenu min. 250 ml jedną w kolorze niebieskim, a drugą transparentną bezbarwną.

Pytanie 40 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z ostrzem chirurgicznym bezpiecznym nr 24 bez osłonki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z ostrzem chirurgicznym bezpiecznym nr 24 bez osłonki.

Pytanie 41 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z kleszczykami plastikowymi min. 23 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z kleszczykami plastikowymi min. 23 cm.

Pytanie 42 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego z oznaczeniem kolorystycznym na etykiecie w postaci różowych kótek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego z oznaczeniem kolorystycznym na etykiecie w postaci różowych kótek.

Pytanie 43 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety do zabiegu cięcia cesarskiego min. 180/240 x 210 cm, wykonana w całości z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o gramaturze min. 56g/m², zintegrowana z osłonami na kończyny, serweta posiada otwór w kształcie trapezu o wymiarach 23,5 x 23,5 x 22,5 x 33 cm wypełniony folią chirurgiczną, serweta zintegrowana również z trójkątną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem i portem do odsysania treści w dolnej części worka, wymiary worka min. 56 x 80 cm, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 197 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. serwet do zabiegu cięcia cesarskiego.

Pytanie 44 – dotyczy pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu serwet podstawowych z kleszczykami plastikowymi z zamkiem min. 23 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet podstawowych z kleszczykami plastikowymi z zamkiem min. 23 cm.

Pytanie 45 – dotyczy pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu serwet podstawowych z ostrzem chirurgicznym z nasadką i osłonką nr 23?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw serwet podstawowych z ostrzem chirurgicznym z nasadką i osłonką nr 23.

Pytanie 46 – dotyczy pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu serwet podstawowych ze skalpelem bezpiecznym z wysuwającym ostrzem nr 20?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw serwet podstawowych ze skalpelem bezpiecznym z wysuwającym ostrzem nr 20.

Pytanie 47 – dotyczy pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet podstawowych z uchwytem do lamp 11 x 22 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet podstawowych z uchwytem do lamp 11 x 22 cm.

Pytanie 48 – dotyczy pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet podstawowych ze składem i rozmiarami poszczególnych elementów znajdujące się na etykiecie przylepnej umieszczonej wewnątrz zestawu?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw serwet podstawowych ze składem i rozmiarami poszczególnych elementów znajdujące się na etykiecie przylepnej umieszczonej wewnątrz zestawu.

Pytanie 49 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do porodu o następującym składzie:

- a) 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 x 130 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43 g/m²
- b) 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 x 150 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43 g/m²(owinięcie zestawu)
- c) 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 20 x 25 cm wykonany z wysokochłonnej włókniny kompresowej o gramaturze min. 40 g/m²
- d) 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 60 x 80 cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej o gramaturze min. 40 g/m²
- e) 1 x antypoślizgowy podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 x 90 cm
- f) 1 x antypoślizgowy podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 x 60 cm



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. zestaw serwet do porodu.

Pytanie 50 – dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu serwet podstawowych wykonanych z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m² bez dodatkowej trzeciej warstwy wysokochłonnej w strefie krytycznej? Pozostałe wymagania i skład zgodne z opisem SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. zestaw.

Pytanie 51 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego zestawu serwet do operacji brzuszno kroczych do zabiegów ginekologicznych, w którym fartuchy chirurgiczne posiadają rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem 8 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw serwet do operacji brzuszno kroczych do zabiegów ginekologicznych, w którym fartuchy chirurgiczne posiadają rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem 8 cm.

Pytanie 52 – dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

- 1 x nieprzylepna serweta dwuwarstwowa 75 cm x 90 cm
- 1 x kleszyczki plastikowe, anatomiczne, proste, niebieskie, 14 cm
- 5 x tufery gazowe, wielkości śliwki, 20-nitkowe, (po rozwinięciu 20x20 cm)
- 1 x serweta dwuwarstwowa, barierowa, z regulowaną wielkością otworu, 2-częściowa, 45x75 cm
- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana), 3-częściowa, transparentna
- 1 x igła podskórna, czarna, 22 G x 1 1/4 (0,7 x 30 mm) (zapakowana)
- 1 x igła podskórna, różowa, 18 G x 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną, zapakowany 7,2 cm x 5 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardego blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu jedna dwuczęściowa samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta, każda część zawiera te same informacje (numer produktu, LOT, datę ważności), przy czym jedna część jest w formie kodu kreskowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu.

Pytanie 53 – dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

- 4 x tufery gazowe, wielkości śliwki, 20-nitkowe (po rozwinięciu 20x20 cm)
- 1 x kleszyczki plastikowe, anatomiczne, 14 cm, zielone, proste
- 1 x pęseta plastikowa typu anatomicznego 12,5 cm, prosta, niebieska
- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml, transparentna, 3-częściowa, zapakowana
- 1 x igła podskórna zielona 21 G x 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w opakowaniu
- 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany
- 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm
- 6 x kompresy gazowe, 7,5 cm x 7,5 cm, 8-wartkowe, 17- nitkowe
- 1 x metalowy igłotrzymacz typu Mayo-Hegar, powierzchnia wykończona matowo, 14 cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa, nieprzylepna, barierowa, 45 cm x 75 cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa, w rozmiarze 45 cm x 75 cm, otwór przylepny - 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); zapakowana Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardego blister w kształcie tacki z jednym wgłębieniem, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu jedna dwuczęściowa samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta, każda część zawiera te same informacje (numer produktu, LOT, datę ważności), przy czym jedna część jest w formie kodu kreskowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu.

Pytanie 54 – dotyczy pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którym serwety przylepne, wykonane są z laminatu dwuwarstwowego, chłonnego o gramaturze min. 55 g/m², w strefie krytycznej dodatkowy pad chłonny, całkowita gramatura w strefie krytycznej min. 110 g/m², zestaw posiadającego w swoim składzie:

- serwetę boczną o wym. 75x90cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku o długości 86cm (zamiast taśmy na całej długości boku)
- fartuchy posiadające zapięcie, nie na rzep, tylko na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu fartucha
- osłonę uniwersalną na uchwyt do lampy 12 x 9,5 5 cm (zamiast 15x5cm)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu.

Pytanie 55 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

6 ręczników do osuszania rąk 21 x 25 cm, wykonanych w celulozy o gramaturze 55g/m²

1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm, wypełniony pulpą celulozową

1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm, wypełniony pulpą celulozową

1 serwetka do owinięcia dziecka 56 x 75 cm, wykonana włókniny typu Spunlace o gramaturze 50g/m²

1 serweta do zabiegu szycia 75 x 120 cm

1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PP+PE (chłonna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m²

Wymogi techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:

Materiał, z którego wykonano obłożenia spełnia wymogi stawiane przez normę PN-EN 13795-1:2019 w strefie krytycznej tj. odporność na przenikanie drobnoustrojów i cieczy, czystość mikrobiologiczna i pod względem cząstek stałych, współczynnik pylenia, wytrzymałość na wypychanie i rozciąganie.

Na opakowaniu znajdują się oznaczenia i opisy w języku polskim: nazwa wyrobu, skład i rozmiary poszczególnych elementów, data ważności, numer serii, kod

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. zestaw.

Pytanie 56 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety bez wzmocnienia w strefie krytycznej, wykonanej na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. serwety.

Pytanie 57 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 7

Mając na względzie najwyższy poziom ochrony, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania serwety na stolik Mayo w postaci worka wykonanego z niebieskiej, nieprzemakalnej foli polietylenowej o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o wymiarach 65x85cm wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m² (łącznie gramatura 140g/m²). Obłożenie składane w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. serwetę na stolik Mayo.

Pytanie 58 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 9

Mając na względzie najwyższy poziom ochrony operatora prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² spełniającej wymagania normy EN 13795-1:2019 o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 200kPa, odporności na rozciąganie 90N, odporności na przenikanie drobnoustrojów na sucho <1CFU, odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro 2,9IB, czystości mikrobiologicznej 3CFU/100cm², pylenia 2,5log10, odporności na penetrację płynów 40cmH₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. fartuch.

Pytanie 59 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 9

Mając na względzie ułatwienie w doborze fartucha, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby bezpośrednio na fartuchu znajdował się rozmiar i rodzaj, a na opakowaniu w widocznej części widniał rozmiar podany literowo i w centymetrach: M-125cm, L-135cm, XL-145cm, XXL-155cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. fartuch.

Pytanie 60 – dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z osłoną stolika Mayo o łącznej gramaturze 140g/m² (część foliowa 55g/m², wzmocnienie o gramaturze 85g/m²)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw z osłoną stolika Mayo o łącznej gramaturze 140g/m² (część foliowa 55g/m², wzmocnienie o gramaturze 85g/m²).

Pytanie 61 – dotyczy pakietu nr 6, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego w ułożeniu ginekologicznym o poniższym składzie i parametrach :

- 1) obłożenie chirurgiczne do cięcia cesarskiego 260/175 x 320 cm z otworem samoprzylepnym częściowo wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z nogawicami oraz wokół i poniżej otworu samoprzylepnego z torbą w kształcie trójkątnego leja do przechwytywania płynów wyposażoną w port do podłączenia drenów. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP min. 56 g/m² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysokochłonne w strefie krytycznej min. 51 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej 107 g/m². Odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej to min. 390 cm H₂O – 1 szt.
- 2) serweta 100 x 150 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56g/m² – 1 szt.
- 3) osłona na stół Mayo 75 x 150cm, z warstwą chłonną o wymiarze 60 x 150 cm, wykonana z wytrzymałej folii PE o grubości 50 mikronów, warstwa chłonna o gramaturze nie mniejszej niż 27g/m², odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej oraz wytrzymałości na rozerwanie w strefie krytycznej pokrowca zgodnej z wymogami normy PN EN 13-795 - 1 szt.
- 4) Wzmocniona osłona na stół narzędziowy – 150 x 200 cm, będąca również owinięciem zestawu, wykonana w części centralnej z laminatu z folii PE i włókniny PP, wzmocniona na całej długości, o gramaturze laminatu 80g/m², odporność na przenikanie płynów minimum 100 cm H₂O – 1 szt.
- 5) ręczniki chłonne 30 x 34 cm – 8 szt.
- 6) owinięcie noworodka 77 x 82 cm – 2 szt.
- 7) sterylny, jednorazowy fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny 5 warstwowej typu SMMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m², nieprzemakalność w strefie krytycznej przedniej części fartucha min. 160 cm H₂O i wytrzymałość na rozerwanie (sucho/mokro) min. 170/170 kpa, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm; troki łączone kartonikiem, dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na rękawach od mankieta do wysokości łokcia wykonane są w technologii ultradźwiękowej rozmiar L – 2 szt.; XL – 2 szt.
- 8) opatrunek pooperacyjny, hypoalergiczny min. 10 x 25 cm – 1 szt.

- 9) serweta operacyjna gazowa 17N, 4W, RTG, z tasiemką, 45 x 70 cm – 10 szt.
- 10) kompres gazowy 17N, 8W, RTG, 10x10 cm – 30 szt. (spięte po 10 szt. tasiemką)
- 11) miska z polipropylenu 250 ml – 2 szt. (w różnych kolorach)
- 12) ostrze chirurgiczne bezpieczne nr 24 z nasadką i osłonką – 1 szt.
- 13) kleszczyki plastikowe min. 24 cm – 1 szt.
- 14) cewnik Foleya 14CH – 1 szt.
- 15) worek na mocz min. 2000 ml – 1 szt.
- 16) strzykawka 2 – częściowa 10 ml – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego w ułożeniu ginekologicznym.

Pytanie 62 – dotyczy pakietu nr 6, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnej serwety do zabiegu cięcia cesarskiego w ułożeniu ginekologicznym 300/230 x 320 cm z otworem samoprzylepnym częściowo wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 39 x 33 cm, zintegrowana z nogawicami oraz wokół otworu samoprzylepnego z torbą do przechwytywania płynów wyposażoną w port do podłączenie drenów. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m².

Odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej to min. 270 cm H₂O – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego w ułożeniu ginekologicznym.

dokument zatwierdzony przez:
Głównego Księgowego
p.o. Dyrektora ds. Finansowych
Tomasza Bartosza

Rozdzielnik:

1. <https://bip2.szpitalruda.pl/1-pn-22>
2. a/a