

Ruda Śląska, dnia 20.04.2022 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 14/SMRS/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Neonatologicznego

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 26.04.2022 r. godz. 09.00 na dzień 29.04.2022 r. godz. 09.00 (otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2022 r. o godz. 10.00).

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72h, o dł 28-33 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku z jednym otworem centralnym I dwoma bocznymi naprzemiennie, pozbawiony DEHP, sterylny, rozmiar F10, F12, F14, F16. Cewnik wyposażony w elastyczny adapter do dróg oddechowych z możliwością ukształtowania pod kątem 45 stopni (nie jest konieczne stosowanie adaptera) zgodnie z fotografią poniżej.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. cewnika.

Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY – Formularz ofertowy poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 13

Było:

Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72h, o dł. 28-33 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzemiennie, pozbawiony DEHP, sterylny, rozmiar 5,6,8. Musi być kompatybilny z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, będącym na wyposażeniu szpitala

Zamawiający zmienia na:

Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72h, o dł. 28-33 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzemiennie, pozbawiony DEHP, sterylny, rozmiar 5FR (1,67mm), 6FR (2mm), 8FR (2,67mm). Musi być kompatybilny z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, będącym na wyposażeniu szpitala

2) W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), określającą m.in. dodatkowe przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale XIII – Podstawy (przesłanki) wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu wykaz podmiotowych środków dowodowych poprzez dodanie w pkt 2 ppkt 2.3 o następującym brzmieniu:

„Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835).

Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy”.

W załączeniu prawidłowy załącznik nr 2 do SWZ.

1) w rozdziale XVI – Sposób oraz termin składania ofert poprzez zmianę pkt 2

Jest:

Termin składania ofert: **26.04.2022 r., godzina 09:00.**

Zamawiający zmienia na:

Termin składania ofert: **29.04.2022 r., godzina 09:00.**

2) w rozdziale XVII – Termin związania ofertą poprzez zmianę pkt 1

Jest:

Termin związania ofertą upływa w dniu **25.05.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

Zamawiający zmienia na:

Termin związania ofertą upływa w dniu **27.05.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

3) w rozdziale XVIII – Termin otwarcia ofert czynności związane z otwarciem ofert poprzez zmianę pkt 1

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.04.2022 r.**, o godz. **10:00**.

Zamawiający zmienia na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.04.2022 r.**, o godz. **10:00**.

dokument zatwierdzony przez:
Głównego Księgowego
p.o. Dyrektora ds. Finansowych
Tomasza Bartosza

Rozdzielnik:

1. <https://bip2.szpitalruda.pl/14-smrs-22>

2. a/a