

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
NR 1/PN/22**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę obłożenia operacyjnych

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 stawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 zestawu do porodu naturalnego o składzie:

- 1 x Podkład chłonny 60 x 90cm
- 1 x Podkład chłonny 60 x 60cm
- 1 x Serweta Spunlance 60 x 60cm do osłonięcia krocza
- 1 x Fartuch foliowy XL (przedni) wykonany z grubej folii PE w kolorze niebieskim.
- 1 x Serweta pod pośladki 113 x 90cm z workiem trójkątnym na płyny o wymiarze 70 x 78cm (szerokość x długość). Worek wyposażony jest w sztywnik o długości 50cm i nadrukowaną miarkę do pojemności 3500ml.
- 2 x Zaciskacz do pępowiny
- 20 x Kompres gazowy 10 x 10cm, 17N/16W.

Zestaw do porodu naturalnego zawinięty jest w serwetę SMS 100 x 100cm o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> i absorpcji 250% masy własnej, a następnie zapakowany w opakowanie foliowo-papierowe. Zestaw sterylizowany jest przy użyciu tlenu etylenu.

Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu do porodu

dokument zatwierdzony przez:  
Głównego Księgowego  
p.o. Dyrektora ds. Finansowych  
Tomasza Bartosza

Rozdzielnik:

1. <https://bip2.szpitalruda.pl/1-pn-22>
2. a/a